

Калиничева Татьяна Александровна
456205, Россия, Челябинская область, г.Златоуст,
ул. 3-я Нижневокзальная, дом 96.
Тел. 89028675358,
E-mail: Kalinichev.Viktor@mail.ru

В "Центр Информационных
Технологий "Нелиан"
Генеральному директору

Отзыв о практическом применении АПК «Дианел 11-S Pro», серийный номер 0070093, дата производства 18 января 2008г, версия DIANEL PRO v1.3, приобретен 28 февраля 2008г в ООО «Институт Новых Технологий «Нелиан».

Я специализируюсь в области массажа, ЛФК, физиотерапии, Су-Джок. Биорезонансную диагностику использую, как вспомогательное средство, при постановке диагнозов своих пациентов.

С марта 2008 года по март 2010 года в практической работе мною использовался аппаратно-программный комплекс «Дианел 11S-Pro» производства ООО ЦИТ «Нелиан». За истекший период мною было обследовано в общей сложности 326 пациентов, многие из которых проходили одно или несколько повторных обследований. Таким образом, общее число проведенных исследований составило 574. Помимо работы с группами для выявления патологических процессов «Патоморфологические формы» и «Нозологические формы», «Микроорганизмы и гельминты», мы активно использовали возможности групп «Контаминаты» и «Энергоинформационное отягощение».

В ряде случаев, заключения, полученные в результате применения АПК «Дианел 11S-Pro», сопоставлялись с данными общеклинических методов исследований. Отмечается большой процент соответствия (от 90% и более) по группе заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы (от 95 % и более).

В качестве вспомогательной терапии в комплексе с другими оздоровительными мероприятиями мною применялся метод «Inf воздействие» программы Дианел Про, в результате чего, наблюдалось улучшение функционального состояния различных органов и систем.

В процессе работы с АПК «Дианел 11S-Pro» было выявлено ряд недостатков:

1. Аппарат очень чувствителен к помехам в электрической сети – перестает работать, если включается холодильник, сработает звонок у входной двери и т.д.
2. Недостаточно верные данные по диагностике заболеваний, например, человек на «Д» учене у онколога, цитологическое обследование положительное, а на аппарате диагноз не обнаружен; ребенок на «Д» учене у окулиста с диагнозом осложненный астигматизм – на аппарате близорукость; почти у всех обследованных аппарат ставит диагноз «сахарный диабет»; не выявляет калькулезный холецистит, хотя УЗИ неоднократно подтверждает наличие камней в желчном пузыре и т.д.

Пожелания:

1. Продолжать проводить регулярное обновление баз данных диагнозов.
2. Ввести в группу эталонов раздел диетология, натуропатия (если это возможно) – это актуально.

Спасибо за Ваш труд, этот АПК нужен людям, желаю успехов и новых открытий!



С Уважением, Калиничева Т.А.

12 марта 2012г